



Misura Laser




distrimisura_laser



astrefree_laser




distrimisura_laser




- Distribuzione allargata
- Risoluzione laser peggiore del mitutoyo (dipende dall'altezza)


astrefree_laser




mapmisura_laser



mappiastrefree_laser




mapmisura_laser



mapmisura_laser		
Entries	275	
Mean x	1793	
Mean y	617.3	
RMS x	532.2	
RMS y	274.4	
0	0	0
0	4117	0
0	0	0

mappiastrefree_laser



mappiastrefree_laser		
Entries	276	
Mean x	1790	
Mean y	618.4	
RMS x	534.3	
RMS y	275.5	
0	0	0
0	4187	0
0	0	0

COMMENTI

- Differenza nella misura=> posizione diversa di laser e mitutoyo
Scotch? Buchi?
- Andamento complessivo simile=> media su x e y confrontabile
- Differenza tra le medie imputabile alla risoluzione del laser

COMMENTI

- Differenza nella misura=> posizione diversa di laser e mitutoyo (spostato circa 2 cm)
Scotch? Buchi?
- Andamento complessivo simile=> media su x e y confrontabile
- Differenza tra le medie imputabile alla risoluzione del laser

FUTURO

- Test con laser della Julight (settimana del 27)
- Almeno due misure, se possibile sostituendo fisicamente il laser al mitutoyo per avere la stessa posizione e senza scotch in modo da non avere “deformazioni” nella misura contemporanea di laser e mitutoyo